

質疑回答書

物品名称	AED本体及び付属品等一式
納入場所	阿南市役所スポーツ振興課外8箇所
質問1	仕様書 借上物品(7) ニトリルグローブ1双、カミソリ1本、ハサミ1本、ミニタオル1本、蘇生用マウスピース（RESACO-R）1個でもよろしいでしょうか。
回答	可とします。
質問2	仕様書 消耗品の交換 消耗品の「交換」とありますが、消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、二次元コード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者へ交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。 AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、二次元コード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者へ交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。
回答	いずれも可とします。
質問3	仕様書 その他(3) 「取り扱い説明」とありますが、AEDに付帯する簡易取扱説明書に胸骨圧迫・人工呼吸の手順は図示され、その他に取扱説明書を同梱しており、取扱説明のYouTube動画を用意しています。また、弊社コールセンター（24時間対応）へ連絡いただければ、質問や不明点に詳しくお応えする体制もございます。そのため、現地対応は不要とすることをご承認いただけますでしょうか。もし、現地対応が必要である場合には、弊社社員がAED本体を展示し、取扱説明書を用いて、具体的にAED使用方法をご説明すればよろしいでしょうか。
回答	必ず現地で取扱いの説明を行ってください。現地対応に関してはご認識のとおりです。
質問4	仕様書 その他(5) 「借上契約終了後は撤去」とありますが、収納ボックスを撤去した際の補修は不要の認識でよろしいでしょうか。必要な場合はビス穴の補修程度と考えてよろしいでしょうか。
回答	ご認識のとおりです。
質問5	本件入札参加予定のAEDのパッドは小学生から大人まで使用できるものとなっており、未就学児にやむを得ず使用することにも対応できる商品となっておりますが、本件では未就学用パッドも必要になりますでしょうか。
回答	未就学児用パッドは不要です。
質問6	本件借り上げの場合リース会社等を使って請求することは可能でしょうか。不可の場合借り上げを行っている企業が限られると思われそうですが、如何でしょうか。
回答	可とします。